| № | Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ |
|---|---|---|
| **1.Требования к результатам применения оборудования**<br>(функционирование оборудование, отрасли медицины для применения, получаемые результаты) | | |
| 1.1 | Предназначена для размещения в ней предметов и материалов медицинского назначения с целью стерилизации в паровых стерилизаторах, дальнейшего хранения и доставки к месту использования. | Наличие |
| **2.Функциональные характеристики**<br>(индивидуальные свойства данного оборудования) | | |
| 2.1 | Основные узлы и детали коробки выполнены из немагнитной, коррозионностойкой нержавеющей стали, толщиной не менее 0,5 мм. | Наличие |
| 2.2 | Коробка состоит из корпуса с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой осуществляется с помощью двух замков-фиксаторов. | Наличие |
| 2.3 | Крышка оснащена ручкой для переноса коробки. | Наличие |
| 2.4 | На основании корпуса имеются ножки (кол-во не менее 3 шт.), обеспечивающие гарантированный зазор для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга. | Наличие |
| 2.5 | Коробка комплектуется сменными фильтрами из фильтродиагонали арт. 2074 по ГОСТ 332 (хлопчатобумажная неокрашенная ткань (1 слой)).<br>Диаметр фильтров — не менее 186 мм.<br>Фильтры крепятся на крышке и на дне, с внутренней стороны коробки, с помощью прижимов.<br>Срок службы фильтров в течении месяца при 1-2 стерилизации в день. | Наличие |
| 2.6 | Срок сохранения стерильности в коробке после стерилизации до 20 суток по МУ-287-113. | Наличие |
| **3.Технические характеристики**<br>(индивидуальные свойства данного оборудования) | | |
| 3.1 | Условный объем — 9 $дм^3$ | Наличие |
| 3.2 | Диаметр — не более 275 ± 15 мм | Наличие |
| 3.3 | Высота — не более 190 мм | Наличие |

| | | |
|---|---|---|
| 3.4 | Масса коробки — не более 2,0 кг | Наличие |
| **4.Обработка наружных поверхностей** | | |
| 4.1 | Все узлы и детали коробки должны быть устойчивы к дезинфекции по МУ-287-113 к 1% раствору хлорамина или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644. | Наличие |
| **5.Упаковка изделия** | | |
| 5.1 | Коробка должна быть размещена в гофрокартонной упаковке. | Наличие |
| **6.Комплектность оборудования**<br>(базовая комплектация производителя) | | |
| 6.1 | Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на русском языке | Наличие |
| **7.Требования к качеству**<br>(разрешительные документы государственного образца по регистрации, качеству, санитарно-эпидемиологического заключения и др. ) | | |
| 7.1 | Сертификат соответствия при поставке | Наличие |
| 7.2 | Регистрационное удостоверение при поставке | Наличие |
| **8.Иные требования** | | |
| 8.1 | Гарантийный срок, не менее | 12 мес. |