

: +7 (495) 604-11-31

**Email:** info@medic-snab.ru

: medic-snab.ru

**Приложение N 3  
к Правилам проведения  
эндоскопических исследований,  
утвержденным приказом  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 6 декабря 2017 г. N 974н**

## Стандарт оснащения эндоскопического кабинета

N	Наименование	Требуемое количество, шт.
1.	Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель	не менее 1
2.	Монитор	1 при наличии видеоэндоскопической системы
3.	Видеопроцессор	1 при наличии видеоэндоскопической системы
4.	Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)	не менее 1
5.	Видеокапсульная система	по требованию
6.	Ультразвуковой аппарат	по требованию
7.	Ультразвуковой эндоскоп (с радиальным датчиком)	по требованию

<b>8.</b>	<b>Ультразвуковой эндоскоп (с конвексным датчиком)</b>	<b>по требованию</b>
<b>9.</b>	<b>Эндоскопический ультразвуковой датчик</b>	<b>по требованию</b>
<b>10.</b>	<b>Электрохирургический блок</b>	<b>по требованию</b>
<b>11.</b>	<b>Эндоскопический стол (кушетка)</b>	<b>не менее 1</b>
<b>12.</b>	<b>Аптечка для оказания неотложной помощи</b>	<b>1</b>
<b>13.</b>	<b>Автоматизированное рабочее место врача-эндоскописта</b>	<b>не менее 1</b>