

Приложение N 10 к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 918н

Стандарт дополнительного оснащения кардиологического диспансера, создаваемого как самостоятельная медицинская организация

№ п/п	Наименование оснащения	Требуемое количество, шт.
1.	Аппарат рентгеновский цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских изображений	1
2.	Передвижной рентгеновский аппарат	1
3.	Компьютерный томограф	1
4.	Комплекс для программирования и тестирования электрокардиостимуляторов	1
5.	Микроскоп стандартный лабораторный	не менее 2
6.	Анализатор гематологический	не менее 1
7.	Анализатор мочи	не менее 1
8.	Прибор для определения скорости оседания эритроцитов	не менее 1
9.	Коагулометр	1
10.	Анализатор глюкозы	не менее 1
11.	Ламинарный шкаф	не менее 1
12.	Горелки спиртовые (газовые)	не менее 1
13.	Набор пипеточных дозаторов	по числу рабочих комнат
14.	Бактерицидный облучатель/очиститель	Не менее 1*

	воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	
15.	Лабораторные (фельдшерские) холодильники	не менее 1
16.	Лабораторная мебель	по числу рабочих мест
17.	Персональный компьютер с принтером	не менее 1
18.	Биохимический анализатор	не менее 1
19.	Набор пипеточных дозаторов многоканальных	не менее 1
20.	Прибор для чтения результатов иммуноферментного анализа (ридер для иммуноферментного анализа)	не менее 1
21.	Устройство для иммуноферментного анализа промывающее автоматическое (вошер)	не менее 1
22.	Орбитальный шейкер	не менее 2
23.	Инактиватор сыворотки крови	не менее 1
24.	Микроскоп для проведения исследований методом иммунофлюоресценции (реакция иммунофлюоресценции)	не менее 1
25.	Прибор для чтения результатов исследования на биомикрочипах (иммуночипах)	не менее 1
26.	Термошейкер для инкубации иммунопланшет и иммуночипов	не менее 1
27.	Центрифуга для иммуночипов	не менее 1
28.	Автоклав	не менее 2
29.	Аквадистиллятор	не менее 2
30.	Стерилизатор суховоздушный	не менее 2
31.	Термостат суховоздушный	не менее 2
32.	Центрифуга лабораторная	не менее 2
33.	Весы электронные	не менее 1
34.	pH-метр	не менее 2
35.	Анализатор тест-полосок на тропонин Т или I	не менее 1
36.	Низкотемпературный холодильник (поддерживаемая температура -70 - 80°C)	не менее 1

* Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).