

Приложение N 9 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ от 29 января 2016 г. N 38н

Стандарт оснащения гериатрического центра

№ п/п	Наименование	Требуемое количество, шт.
1.	Кровати функциональные 2-3-секционные	по количеству коек
2.	Прикроватный столик	по количеству коек
3.	Прикроватная тумба	по количеству коек
4.	Устройство обеззараживания воздуха	по требованию
5.	Кушетка медицинская	не менее 3 в каждом отделении
6.	Емкость для сбора отходов	не менее 3 в каждом отделении
7.	Шкаф, для хранения лекарственных препаратов, не являющихся наркотическими и психотропными лекарственными средствами	не менее 1 в каждом отделении
8.	Автотранспорт	не менее 1
9.	Комплект оборудования для наглядного обучения	не менее 1
10.	Система наблюдения за температурой воздуха	не менее 2 в 1 отделении
11.	Манипуляционный столик	не менее 3 в 1 отделении
12.	Холодильник для медикаментов	не менее 2 в 1 отделении
13.	Негатоскоп	не менее 1 в 1 отделении

14.	Измеритель артериального давления, сфигмоманометр	не менее 3 в 1 отделении
15.	Стетофонендоскоп	не менее 1 на 1 врача-гериатра
16.	Отоскоп	не менее 1 в 1 отделении
17.	Аудиометр	не менее 1
18.	Устройство для усиления звука	не менее 2 в 1 отделении
19.	Лупа ручная	не менее 2 в 1 отделении
20.	Таблица Розенбаума	не менее 1 на врача-гериатра
21.	Трость телескопическая	не менее 1 на 6 коек
22.	Ходунки, ходунки-роллаторы	не менее 1 на 3 койки
23.	Коляска инвалидная	не менее 1 на 6 коек
24.	Молоток неврологический	не менее 2 в 1 отделении
25.	Камертон	не менее 1 в 1 отделении
26.	Электрокардиограф многоканальный	не менее 2
27.	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)	не менее 1 на 3 койки
28.	Весы медицинские	не менее 1 в 1 отделении
29.	Ростомер	не менее 1 в 1 отделении
30.	Спирометр	не менее 1
31.	"Тревожная кнопка"	1 на 1 койко-место
32.	Концентратор кислорода	не менее 2
33.	Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный	не менее 1 на 6 коек
34.	Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации	1 в 1 отделении
35.	Насос инфузионный роликовый (инфузомат)	1 на 6 коек
36.	Матрас противопролежневый	1 на 6 коек
37.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*
38.	Кардиомонитор прикроватный	не менее 1 на 6 коек

39.	Секундомер	не менее 1 в 1 отделении
40.	Персональный компьютер	по числу рабочих мест
41.	Принтер или многофункциональное устройство: принтер-копировальный аппарат-сканер	не менее 1 в 1 отделении
42.	Шкаф для документов	не менее 1 в 1 отделении
43.	Контейнер для замачивания одноразовых насадок, мундштуков	не менее 1 в 1 отделении
44.	Скамейки, стулья для душа	не менее 1 в санузле палат
45.	Держатели, поручень для ванных комнат	не менее 2 в санузле палат
46.	Держатели, поручни в коридорах и холлах	по всему маршруту
47.	Лифты - держатели для пациентов	не менее 1 в 1 отделении
48.	Подъемники для пациентов	не менее 1 в 1 отделении
49.	Транспортные тележки/каталки	не менее 1
50.	Тренажеры реабилитационные	1 комплект

*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).