

: 8 800-511-06-61

Email: info@medic-snab.ru

: medic-snab.ru

**Приложение N 21
к Правилам проведения
рентгенологических исследований,
утвержденным приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от "9" июня 2020 г. N 560н**

Стандарт оснащения кабинета рентгеновской остеоденситометрии

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий ¹	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование медицинского изделия	Количество, шт.
1.	100180	Система рентгеновской костной денситометрии, двухэнергетическая	Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии	1
2. ²	348970	Термопринтер	Принтер для печати изображений	1
	341950	Термопринтер с диффузией красителя		
	234270	Видеопринтер		
3.	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллажи для хранения цифровых изображений на электронных носителях	1
4.	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж для хранения твердых копий аналоговых изображений	1

Прочее оборудование (оснащение)

№ п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.
1.	Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений	1
2.	Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате DICOM (при наличии в штатном расписании кабинета рентгеновской остеоденситометрии должности врача-рентгенолога)	1
3.	Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, стандарт DICOM	1

¹ Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

² Необходимо наличие одной из указанных позиций.