ГУДЕРМЕССКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Шины проволочные

Предназначены для поставки в районы с умеренным и холодным климатом. (Исполнение 4,2).

Шины проволочные предназначены для поставки в районы с умеренным и холодным климатом.

(Исполнение КХЛ 1,1).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Шины предназначены для фиксации переломов верхних и нижних конечностей при транспортировании больных.

Шины изготавливаются из углеродистой стали марки Ст3 ГОСТ 380—71.

Покрытие — металлическое, цинковое.

Габаритные размеры (длина х ширина), мм.

Шины для ног — 1200 х 110; шины для рук — 800 х 80

Средний срок службы не менее одного года.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Шины устойчивы к дезинфекции горячим воздухом при температуре 120 ± 4 градусов С в течение 45 плюс 5 мин.

ХРАНЕНИЕ

Шины должны быть обезжирены и законсервированы для условий хранения Ж, ВЗ-о, ВУ-1. Предельный срок защиты без переконсервации — 1 год.

Шины в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от плюс 5 до ± 40 градусов С и относительной влажности не более 80 процентов при температуре плюс 25 гр. С.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Шины соответствуют ТУ 64-1-200-82 и признаны годными для эксплуатации.

ДАТА КОНСЕРВАЦИИ

ДАТА ВЫПУСКА

КОНТРОЛЕР ОТК

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации или хранения — 1 год.

ПОРЯДОК РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации в установленном порядке с этикеткой предъявляются предприятию-изготовителю по адресу: