



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 10 февраля 2015 года № РЗН 2015/2399

На медицинское изделие

Аппарат локальной криотерапии cryoflow в вариантах исполнения: cryoflow 1000, cryoflow 1000 IR с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"Юнифи Электромедицин ГмбХ и Ко. КГ", Германия,
Uniphy Elektromedizin GmbH & Co. KG, Neuendorfstraße 19 b, 16761 Hennigsdorf,
Germany**

Производитель

**"Юнифи Электромедицин ГмбХ и Ко. КГ", Германия,
Uniphy Elektromedizin GmbH & Co. KG, Neuendorfstraße 19 b, 16761 Hennigsdorf,
Germany**

Место производства медицинского изделия

**Uniphy Elektromedizin GmbH & Co. KG, Neuendorfstraße 19 b, 16761 Hennigsdorf,
Germany**

Номер регистрационного досье № РД-4702/28877 от 18.08.2014

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4490

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 10 февраля 2015 года № 888
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0010586

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 февраля 2015 года № РЗН 2015/2399

Лист 1

На медицинское изделие

Аппарат локальной криотерапии cryoflow в вариантах исполнения: cryoflow 1000, cryoflow 1000 IR с принадлежностями:

I. Аппарат локальной криотерапии cryoflow 1000, базовый состав:

1. Аппарат локальной криотерапии cryoflow 1000;
2. Насадка, диаметр 5 мм.;
3. Насадка, диаметр 15 мм.;
4. Насадка, диаметр 25 мм.;
5. Шланг воздушный с держателем насадок;
6. Руководство по эксплуатации.

II. Принадлежности к аппарату локальной криотерапии cryoflow 1000:

1. Штатив;
2. Фильтр воздушный – не более 2 шт.

III. Аппарат локальной криотерапии cryoflow 1000 IR, базовый состав:

1. Аппарат локальной криотерапии cryoflow 1000 IR;
2. Насадка, диаметр 5 мм.;
3. Насадка, диаметр 15 мм.;
4. Насадка, диаметр 25 мм.;
5. Шланг воздушный с держателем насадок и встроенным датчиком температуры;
6. Кабель датчика температуры;
7. Руководство по эксплуатации.

IV. Принадлежности к аппарату локальной криотерапии cryoflow 1000 IR:

1. Штатив;
2. Фильтр воздушный – не более 2 шт.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0009973