



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июня 2015 года № РЗН 2015/2720

На медицинское изделие

Аппарат лазерный медицинский "АЗОР-АЛМ" по ТУ 9444-015-34611264-2014

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "АЗОР" (ООО "АЗОР"),
Россия, 125480, Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 7, к. 4

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "АЗОР" (ООО "АЗОР"),
Россия, 125480, Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 7, к. 4

Место производства медицинского изделия

125480, Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 7, к. 4

Номер регистрационного досье № РД-4988/27368 от 22.09.2014

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4420

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 26 июня 2015 года № 4395
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0009059

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июня 2015 года

№ РЗН 2015/2720

Лист 1

На медицинское изделие

Аппарат лазерный медицинский "АЗОР-АЛМ" по ТУ 9444-015-34611264-2014,
варианты исполнения в составе:

I. Аппарат лазерный медицинский "АЗОР-АЛМ", варианты исполнения:

- Аппарат лазерный медицинский "АЗОР-АЛМ" (с длиной волны 0,81 мкм)
- Аппарат лазерный медицинский "АЗОР-АЛМ" (с длиной волны 0,97 мкм)
- Аппарат лазерный медицинский "АЗОР-АЛМ" (с длиной волны 1,06 мкм)
- Аппарат лазерный медицинский "АЗОР-АЛМ" (с длиной волны 1,47 мкм)
- Аппарат лазерный медицинский "АЗОР-АЛМ" (с длиной волны 1,55 мкм)
- Аппарат лазерный медицинский "АЗОР-АЛМ" (с длиной волны 1,94 мкм)
- Аппарат лазерный медицинский "АЗОР-АЛМ-2" (с двумя длинами волн: 0,97 мкм и 1,55 мкм)

II. Принадлежности:

1. Шнур питания, 1 шт.
2. Педаль управления, 1 шт.
3. Инструмент волоконный ВОК, 2 шт.
4. Держатель волокна ручной, 1 шт.
5. Ключ управления, 2 шт.
6. Заглушка внешней блокировки, 1 шт.
7. Оптическая система Фокусатор, 1 шт.
8. Оптическая система Коллиматор, 1 шт.
9. Визуализатор, 1 шт.
10. Скальватель оптического волокна, 1 шт.
11. Очки защитные ЗН22-СЗС22 LAZER, 2 шт.
12. Вставка плавкая, 2 шт.
13. Кейс укладочный, 1 шт.
14. Знак лазерной опасности, 1 шт.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0012298