



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Открытое акционерное общество «Витязь»,
место нахождения (адрес юридического лица): город Витебск, улица Петруся Бровки, дом **13а, 210605**, Республика Беларусь.
регистрационный номер **300031652** в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
номер телефона: **+375 212 26 52 13**; адрес электронной почты: [REDACTED]
в лице генерального директора Азарова Геннадия Петровича

заявляет, что стерилизаторы воздушные ГП-10-3, ГП-20-3, ГП-40-3,
изготовитель: Открытое акционерное общество «Витязь»,
место нахождения (адрес юридического лица): город Витебск, улица Петруся Бровки, дом **13а, 210605**, Республика Беларусь;
ТУ **107-94 СКЖИ.942712.002** ТУ «Стерилизаторы воздушные ГП-10-3, ГП-20-3, ГП-40-3».
Технические условия»
Код ТН ВЭД ЕАЭС: **8419 20 000 0**;
серийный выпуск

соответствует требованиям

технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС **020/2011**.


Декларация о соответствии принята на основании:

- протокол испытаний № **620006**, от **29.01.2020**, Государственный испытательный сертификационный центр «Витязь» Открытого акционерного общества «Витязь», регистрационный номер аттестата аккредитации № **ВУ/112 2.0234**;
- протокол испытаний № **11472** ЭМС от **18.02.2020**, испытательный центр Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», регистрационный номер аттестата аккредитации № **ВУ/112 1.0085**;
- примененная схема декларирования соответствия: Зд.

Дополнительная информация:

Обозначение и наименование стандарта: п. **36.201**, п. **36.202**
СТБ МЭК **60601-1-2-2006** «Изделия медицинские электрические. Часть **1-2**. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний».
Условия хранения стерилизаторов воздушных в упаковке предприятия-изготовителя по группе **1(Л)** ГОСТ **15150**. Гарантийный срок хранения - **12** месяцев со дня изготовления. Срок службы стерилизаторов воздушных - **8** лет с даты ввода в эксплуатацию.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.02.2025 включительно



Азаров Геннадий Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № **ВУ/112 11.01. ТР020 048 01042**

Дата регистрации декларации о соответствии **02.03.2020**