



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**  
от 16 августа 2022 года № РЗН 2022/17987

На медицинское изделие  
**Микроскоп биологический Биолаб для лабораторной диагностики in vitro**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
Общество с ограниченной ответственностью "НВ-Лаб"  
(ООО "НВ-Лаб"), Россия,  
115407, Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Нагатинский затон,  
ул. Речников, д. 7, стр. 1, эт. 1, пом. 27

Производитель  
"Нинбо Тичинг Инструмент Ко., Лтд.", Китай,  
Ningbo Teaching Instrument Co., Ltd., No.55, Lane 658, Wangtong Road, Haishu  
District, Ningbo City, Zhejiang, P. R. China

Место производства медицинского изделия  
Ningbo Teaching Instrument Co., Ltd., No.55, Lane 658, Wangtong Road, Haishu  
District, Ningbo City, Zhejiang, P. R. China

Номер регистрационного досье № РД-47593/95305 от 10.02.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 26.70.22.150

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 5 листах

приказом Росздравнадзора от 16 августа 2022 года № 7537  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.В. Пархоменко**

**0064354**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 августа 2022 года № РЗН 2022/17987

Лист 1

На медицинское изделие

**Микроскоп биологический Биолаб для лабораторной диагностики in vitro,**  
варианты исполнения:

I. Микроскоп биологический Биолаб С-15 для лабораторной диагностики in vitro,  
в составе:

1. Штатив микроскопа - 1 шт.
2. Насадка монокулярная оптическая - 1 шт.
3. Объектив 4х - 1 шт.
4. Объектив 10х - 1 шт.
5. Объектив 40х - 1 шт.
6. Окуляр 20х - 1 шт.
7. Окуляр 10х (опционально) - 1 шт.
8. Окуляр 16х (опционально) - 1 шт.
9. Элемент питания АА 1,5В (опционально) - 3 шт.
10. Стёкла предметные - 1 комплект (5 шт. в комплекте).
11. Стёкла покровные - 1 комплект (10 шт. в комплекте).
12. Чехол - 1 шт.
13. Ключ шестигранный - 1 шт.
14. Шнур сетевой - 1 шт.
15. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

II. Микроскоп биологический Биолаб 5 для лабораторной диагностики in vitro,  
в составе:

1. Штатив микроскопа - 1 шт.
2. Насадка бинокулярная оптическая - 1 шт.
3. Конденсор Аббе иммерсионный 1,25 - 1 шт.
4. Конденсор темного поля 0,9 (опционально) - 1 шт.
5. Конденсор темного поля 1,25 (опционально) - 1 шт.
6. Устройство фазово-контрастное (опционально) - 1 шт.
7. Окуляр 10х/20мм - 2 шт.
8. Окуляр 10х/18мм со шкалой (опционально) - 1 шт.
9. Окуляр 16х/12мм (опционально) - 2 шт.
10. Окуляр 20х/11мм (опционально) - 2 шт.
11. Объектив Ахромат 4х/0,1 - 1 шт.
12. Объектив Ахромат 10х/0,25 - 1 шт.
13. Объектив Ахромат 20х/0,4 (опционально) - 1 шт.
14. Объектив Ахромат 40х/0,65 - 1 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы**  
**по надзору в сфере здравоохранения**



Д.В. Пархоменко

0106348

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 августа 2022 года № РЗН 2022/17987

Лист 2

15. Объектив Ахромат 60х/0,85 (опционально) - 1 шт.
  16. Объектив Ахромат 100х/1,25МИ - 1 шт.
  17. Светофильтр синий - 1 шт.
  18. Флакон с иммерсионным маслом - 1 шт.
  19. Чехол - 1 шт.
  20. Шнур сетевой - 1 шт.
  21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- III. Микроскоп биологический Биолаб 5Т для лабораторной диагностики in vitro, в составе:
1. Штатив микроскопа - 1 шт.
  2. Насадка тринокулярная оптическая - 1 шт.
  3. Тубус со стопорным кольцом - 1 шт.
  4. Конденсор Аббе иммерсионный 1,25 - 1 шт.
  5. Конденсор темного поля 0,9 (опционально) - 1 шт.
  6. Конденсор темного поля 1,25 (опционально) - 1 шт.
  7. Устройство фазово-контрастное (опционально) - 1 шт.
  8. Окуляр 10х/18мм - 2 шт.
  9. Окуляр 10х/18мм со шкалой (опционально) - 1 шт.
  10. Окуляр 16х/12мм (опционально) - 2 шт.
  11. Окуляр 20х/11мм (опционально) - 2 шт.
  12. Элемент питания АА 1,5В (опционально) - 3 шт.
  13. Объектив Ахромат 4х/0,1 - 1 шт.
  14. Объектив Ахромат 10х/0,25 - 1 шт.
  15. Объектив Ахромат 20х/0,4 (опционально) - 1 шт.
  16. Объектив Ахромат 40х/0,65 - 1 шт.
  17. Объектив Ахромат 60х/0,85 (опционально) - 1 шт.
  18. Объектив Ахромат 100х/1,25МИ - 1 шт.
  19. Светофильтр синий - 1 шт.
  20. Флакон с иммерсионным маслом - 1 шт.
  21. Чехол - 1 шт.
  22. Шнур сетевой - 1 шт.
  23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- IV. Микроскоп биологический Биолаб 6Т для лабораторной диагностики in vitro, в составе:
1. Штатив микроскопа - 1 шт.
  2. Насадка тринокулярная оптическая - 1 шт.
- Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.В. Пархоменко

0106349

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 августа 2022 года № РЗН 2022/17987

Лист 3

3. Тубус со стопорным кольцом - 1 шт.
4. Конденсор Аббе иммерсионный 1,25 - 1 шт.
5. Конденсор темного поля 0,9 (опционально) - 1 шт.
6. Конденсор темного поля 1,25 (опционально) - 1 шт.
7. Устройство фазово-контрастное (опционально) - 1 шт.
8. Окуляр 10х/20мм - 2 шт.
9. Окуляр 10х/18мм со шкалой (опционально) - 1 шт.
10. Окуляр 16х/16мм (опционально) - 2 шт.
11. Окуляр 20х/12мм (опционально) - 2 шт.
12. Объектив Планахромат Plan 4х/0,1 - 1 шт.
13. Объектив Планахромат Plan 10х/0,25 - 1 шт.
14. Объектив Планахромат Plan 20х/0,4 (опционально) - 1 шт.
15. Объектив Планахромат Plan 40х/0,65 - 1 шт.
16. Объектив Планахромат Plan 60х/0,85 (опционально) - 1 шт.
17. Объектив Планахромат Plan 100х/1,25МИ - 1 шт.
18. Комплект светофильтров (желтый, зеленый, синий) - 1 шт.
19. Флакон с иммерсионным маслом - 1 шт.
20. Чехол - 1 шт.
21. Лампа галогеновая 6В, 20Вт - 1 шт.
22. Вставка плавкая 1А, 250 В - 2 шт.
23. Шнур сетевой - 1 шт.
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- V. Микроскоп биологический Биолаб 6 ПРО для лабораторной диагностики in vitro, в составе:
  1. Штатив микроскопа - 1 шт.
  2. Насадка тринокулярная оптическая - 1 шт.
  3. Конденсор Аббе иммерсионный 1,25 - 1 шт.
  4. Конденсор темного поля 1,25 (опционально) - 1 шт.
  5. Устройство фазово-контрастное (опционально) - 1 шт.
  6. Окуляр широкопольный WF10х/22 - 2 шт.
  7. Окуляр 16х/16мм (опционально) - 2 шт.
  8. Окуляр 12,5х/15 (опционально) - 2 шт.
  9. Окуляр 20х/12мм (опционально) - 2 шт.
  10. Объектив Планахромат Plan 4х/0,1 - 1 шт.
  11. Объектив Планахромат Plan 10х/0,25 - 1 шт.
  12. Объектив Планахромат Plan 20х/0,4 - 1 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.В. Пархоменко**

0106350

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 августа 2022 года № РЗН 2022/17987

Лист 4

13. Объектив Планахромат Plan 40x/0,65 - 1 шт.
14. Объектив Планахромат Plan 60x/0,85 - 1 шт.
15. Объектив Планахромат Plan 100x/1,25 - 1 шт.
16. Светофильтр синий - 1 шт.
17. Светофильтр жёлтый (опционально) - 1 шт.
18. Светофильтр зелёный (опционально) - 1 шт.
19. Флакон с иммерсионным маслом - 1 шт.
20. Лампа галогеновая 12В, 50 Вт - 1 шт.
21. Накладка пластиковая на основание - 1 шт.
22. Шнур сетевой - 1 шт.
23. Чехол - 1 шт.
24. Вставка плавкая 1А, 250 В - 2 шт.
25. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- VI. Микроскоп биологический Биолаб 11ЛЮМ для лабораторной диагностики in vitro, в составе:
  1. Штатив микроскопа - 1 шт.
  2. Насадка тринокулярная оптическая - 1 шт.
  3. Тубус со стопорным кольцом - 1 шт.
  4. Конденсор Аббе иммерсионный 1,25 - 1 шт.
  5. Конденсор темного поля 0,9 (опционально) - 1 шт.
  6. Конденсор темного поля 1,25 (опционально) - 1 шт.
  7. Устройство фазово-контрастное (опционально) - 1 шт.
  8. Насадка люминесцентная - 1 шт.
  9. Фонарь ртутной лампы - 1 шт.
  10. Блок питания ртутной лампы - 1 шт.
  11. Окуляр 10x/22мм - 2 шт.
  12. Окуляр 12,5x/15 (опционально) - 2 шт.
  13. Окуляр 16x/16 (опционально) - 2 шт.
  14. Окуляр 20x/12 (опционально) - 2 шт.
  15. Объектив Планахромат 4x/0,1 - 1 шт.
  16. Объектив Планахромат 10x/0,25 - 1 шт.
  17. Объектив Планахромат 20x/0,4 (опционально) - 1 шт.
  18. Объектив Планахромат 40x/0,65 - 1 шт.
  19. Объектив Планахромат 60x/0,85 (опционально) - 1 шт.
  20. Объектив Планахромат 100x/1,25МИ - 1 шт.
  21. Экран защитный - 1 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.В. Пархоменко**

0106351

